

जाहिर दरपत्रक सूचना

श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ या संस्थेतील सुक्ष्मजीवशास्त्र विभागासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्री, किट्स, केमीकल्स, ग्लासवेअर, खरेदीसाठी इच्छुक पुरवठादारांकडून दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत. सदर कालावधी दरनिश्चिती पत्र निघाल्याच्या दिवसापासून एक वर्षा करीता राहिल.

मोहरबंद दरपत्रके सादर करण्याची अंतीम तारीख:- 24/05/2023 दुपारी 05.00 वाजेपर्यंत असून, सदर दरपत्रक हे दिनांक:- 25/05/2023 रोजी दिवशी दुपारी 12.30 वाजता महाविद्यालयाच्या सभागृहात दरपत्रके उघडण्यात येईल. इच्छुक पुरवठादारास सदर सभेस उपस्थित राहता येईल. सदर दरपत्रक सादर करतांना इच्छुक पुरवठादारांनी खालील अटी व शर्ती नुसार दरपत्रक सादर करावे

१) दरपत्रक हे अधिष्ठाता, श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ यांच्या नावे सादर करावयाचे आहे.

२) दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर "यंत्रसामुग्री किट्स, केमीकल्स, ग्लासवेअर, खरेदी" चे दरपत्रक असे नमुद करावे

३) दरपत्रक हे एक लिफाफा पध्दतीने सादर करण्यात यावे. सदर लिफाफ्या मध्ये संस्थेने मागीतलेली पुरवठादाराचे दुकान नोंदणी प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, जी.एस.टी प्रमाणपत्र इत्यादी दस्तऐवजांच्या साक्षात्कीत छायांकीत प्रती तसेच संस्थेने मागीतलेल्या विहित नमुन्यातच दपुरवठादारास किट्स, केमीकल्स, ग्लासवेअर, यांच्या किंमतीचे दर नमुद असलेले विवरण पत्र सादर करण्यात यावे. दर हे हाताने लिहण्यात येवू नये टंकलिखित करूनच सादर करण्यात यावे.

सदर दस्तऐवज एका मोठ्या लिफाफ्यामध्ये बंद करून त्यावर "यंत्रसामुग्री किट्स, केमीकल्स, ग्लासवेअर, खरेदी" चे दरपत्रक "असे नमुद करावे

त्यावर पुरवठादाराने स्वतःचे नाव, संपुर्ण पत्ता, दुरध्वनी क्रमांक नमुद करावे. व असा तयार केलेला दरपत्रकाचा लिफाफा सादर करण्यात यावा संस्थेने सुचीत केलेल्या वेळे नंतर प्राप्त होणारी दरपत्रके स्विकारण्यात येणार नाही.

४) पुरवठादाराने त्यांचे दर त्यांचे लेटरहेडवर संस्थेने दिलेल्या नमुन्यातच दिलेल्या क्रमाने देण्यात यावे.

५) जिथे दर द्यावयाचे नाही तिथे "इच्छुक नाही" असे स्पष्ट नमुद करावे. ती जागा रिकामी सोडण्यात येवू नये.

६) सर्व दर हे एक नग किंवा एक पॅक करीता सर्व कर समाविष्ट करून नमुद करावे.

७) आदेशप्राप्त होताच आदेशातील "यंत्रसामुग्री किट्स, केमीकल्स, ग्लासवेअर" पुरवठा लवकरात लवकर करणे बंधनकारक राहिल.

८) न्यूनतम दर असणाऱ्या पुरवठादाराकडून आदेश देण्यापुर्वी नमुना मागविण्याचा अधिकार खरेदी समितीस राहिल व नमुना मान्य झाल्यावरच पुरवठा आदेश देण्यात येईल नमुना योग्य दर्जाचा न आढळल्यास त्याचे दर रद्द करण्यात येईल.

अपुर्ण माहितीसह प्राप्त होणारी दरपत्रके नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखून ठेवलेला आहे. संपुर्ण दरपत्रकाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखून ठेवलेला आहे. तसेच दरनिश्चिती झाल्यावर आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी आदेश काढण्यात येईल. आदेश प्राप्त होताच यंत्रसामुग्री किट्स, केमीकल्स, ग्लासवेअर, पुरवठा 15 दिवसांच्या आत करून देणे बंधनकारक राहिल. अन्यथा आपले आदेश रद्द करून द्वितीय पुरवठादारास आदेश देण्यात येईल यांची नोंद घेण्यात यावी.



श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ या संस्थेतील सुक्ष्मजीवशास्त्र विभागासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्री, किट्स, केमीकल्स, ग्लासवेअर, खरेदीसाठी इच्छुक पुरवठादारांकडून खालील प्रमाणे दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत.

Sr.No.	Name of Item	Rate Per Unit	Total Amount With GST
01	Distillation (Water) Apparatus		
02	Vertical Reagent Refrigerator		
03	Bacteriological Incubator		
04	VDRL Rotator/Shaker		
05	Laboratory Centrifuges		
06	Inspissator (Horizontal)		
07	Blood Culture Bottles (Pediatric)		
08	Blood Culture Bottles (Adult)		

*M. L. K.*

प्राध्यापक व विभाग प्रमुख  
सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग  
श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय  
महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ

*M. L. K.*  
अधिष्ठाता

श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय  
महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ

VINGMO



## **DISTILLATION [ WATER ] APPARATUS**

- Should be made of stainless steel
- Provide purified and pyrogen free distilled water
- Size :- 4 lit [ 3000 watt ]/ hour
- Wall mounted and to be easily opened for periodic cleaning
- Heating element should be replaceable

## **VERTICAL REAGENT REFRIGERATOR**

- Capacity: - 300-400 liters.
- Temperature range: 2°C to 8 °C
- Number of shelves: 5 – 6
- Doors should be provided with lock
- Wheel base, No freezer compartment

## **INCUBATOR**

- Size: - 14x14x14 inch
- Double walled with inner chamber made of SS
- Temperature thermostat
- Temperature range: - 5°C - 60°C
- Air ventilation and air circulation fan
- Digital temp. controller cum indicator

## **VDRL ROTATOR/SHAKER**

- Speed range: 50-400 rpm
- Platform size: 12x12 inches
- Flask's capacity (max): 5x500 ml
- Overall dimensions: W-320 x D-415 x H-130 mm
- Speed indicator: Digital
- Digital count down timer: 99 minutes
- Power supply: 220-240 Volts, 50 Hz Single phase

## **LABORATORY CENTRIFUGES**

- Capacity: 8x15 ml
- Type of head: Swing out
- No. of Tubes: 8
- Max Speed: 3500 rpm
- Max RCF: 1600 'g'
- WxDxH : 310x310x295 mm
- Power supply: 220-240 Volts, 50 Hz Single Phase

## **INSPISSATOR (HORIZONTAL)**

- Double walled – Inner SS
- Full length inner glass door for clear inner view
- Digital Temperature controller cum indicator
- Temperature range: +5 to +85°C
- Size: 45x45x45 cm

## **BLOOD CULTURE BOTTLES**

Sealed bottle with Trypticase soy broth (TSB) Adult size (70ml) Pediatric size (20ml)